Zapytanie ofertowe dotyczące:

L.p.	Nazwa	Specyfikacja	Ilość
1.	Trenażer ręki	Trenażer ręki do zakładania opaski zaciskowej oraz opatrywania ran. Wykonany z wytrzymałego silikonu. Posiada funkcję imitacji krwawienia. Trenażer powinien posiadać ranę oraz amputację palców. Trenażer o długości min. 1 m. Posiada zbiornik na sztuczną krew min. 1000 ml. Posiada torbę transportową.	8 szt.
2.	Trenażer kończyny dolnej	Trenażer do zakładania opaski zaciskowej kończyny dolnej. Wykonany z wytrzymałego. Posiada funkcje imitacji krwawienia.Trenażer o długości min. 40 cm. Posiada zbiornik na sztuczną krew min. 1000 ml. Posiada torbę transportową.	8 szt.
3.	Zestaw trenażerów do pakowania ran	Zestaw trenażerów do pakowania ran: rany szarpanej, rany postrzałowej małej, rany postrzałowej dużej. Zestaw wykonany z wytrzymałego silikonu. Imitacja ran o wymiarach min. 10X10x5 cm. Posiada zbiornik na sztuczną krew min. 1000 ml. Posiada jedną torbę transportową dla rodzajów ran.	8 szt.

Zakres zapytania i informacje do uzupełnienia przez oferenta

Prosimy o przesłanie:

1. Cen jednostkowych brutto dla każdego elementu zestawu,
2. Informacji o dostępności produktów oraz czasie realizacji zamówienia,
3. Warunków gwarancji i serwisu,
4. Kosztów dostawy (jeśli dotyczy),

Termin i sposób złożenia oferty

Ofertę prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: marcin.fleischer@zosprp.org.pl w terminie do dnia 16.10.2026 r. do godz. 10.00.

Kryteria wyboru:

- cena brutto - 80 %,
- dostawa w ciągu 40 dni roboczych od podpisania umowy - 10 %,
- gwarancja 24 miesiące - 10 %

Uwagi formalne

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego i nie jest zobowiązaniem do zawarcia umowy.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków z wybranymi oferentami oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
- Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres od 19.10.26 r do 19.11.26r
- W przypadku oferowania sprzętu równoważnego prosimy o załączenie pełnej specyfikacji technicznej umożliwiającej ocenę zgodności.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: marcin.fleischer@zosprp.org.pl